

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2022

**Ref.: Circular N° 1 aclaratoria – Expediente N° 28/22 Licitación Privada N° 06/22 “Adquisición de materiales y equipamiento odontológico”**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los efectos de remitirles las respuestas a las consultas presentadas en el marco del proceso citado en la referencia.

**Consulta 1:** Renglón N° 74 “Fresones de diamante para laboratorio dental de primera calidad” ¿Qué forma de Fresón?

**Respuesta 1:** Cilíndrico, troncocónico, piriforme, punta flecha, redondo.

**Consulta 2:** Renglón N° 75 “Fresas de carburo tungsteno para contra ángulo redondas. Marca tipo: “MANI” o superior de 1° calidad” ¿Qué número de fresa para cada una?

**Respuesta 2:** 2 y 3.

**Consulta 3:** Renglón N° 76 “Fresas de carburo tungsteno para contra ángulo troncocónica. Marca tipo: “MANI” o superior de 1° calidad” ¿Qué número de fresa para cada una?

**Respuesta 3:** 170L, 171L.

**Consulta 4:** Renglón N° 77 “Fresas de carburo tungsteno para contra ángulo cilíndrica. Marca tipo: “MANI” o superior de 1° calidad” ¿Qué número de fresa para cada una?

**Respuesta 4:** Cilíndrica N° 702.

**Consulta 5:** Renglón N° 84 “Disco de corte de carburo tungsteno para micromotor de primera calidad” ¿Qué medidas del disco de corte?

**Respuesta 5:** N° 27.

**Consulta 6:** Renglón N° 85 “Disco de corte diamantado para micromotor de primera calidad” ¿Qué medidas?

**Respuesta 6:** Diámetro 22 mm.

**Consulta 7:** Renglón N° 86 “Cepillo negro para pulidora. Cepillo de cerda negra para pulidora de mesa. **Marca tipo: “EASYDENT”** o superior de 1° calidad” ¿De cuantas hileras el cepillo?

**Respuesta 7:** Cepillo para pulidora de 4 hileras.

**Consulta 8:** Renglón N° 93 “Disco de diamante para laboratorio dental, de primera calidad” ¿Diámetro del disco o el número de ISO del mismo?

**Respuesta 8:** Modelo 360 F220 diaflex.

**Consulta 9:** Renglones Nros. 94 “Gomas tipo kenda de pulido color gris para laboratorio dental, de primera calidad”, 95 “Gomas tipo kenda de pulido color verde para laboratorio dental, de primera calidad” y 96 “Gomas tipo kenda de pulido color rosa para laboratorio dental, de primera calidad.” ¿Qué forma de la goma de silicona para pulir?

**Respuesta 9:** Goma kenda bala, bala larga y fósforo.

Atentamente,

  
INDIANA BELEN POZUELO  
Jefe Departamento Compras  
y Obras Públicas  
D.A.S. Congreso de la Nación